

09/6 (Spezifikation 2023 V03)

Veröffentlicht am 03.11.2022, gültig vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
© 2022 IQTIG

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation

wenn Feld 22 NICHT IN (0;5) 23> Aggregatposition QS_OPDF.DFI_TIEF <input type="checkbox"/> 1 = infraclaviculär subcutan 2 = infraclaviculär subfaszial 3 = infraclaviculär submuskulär 4 = abdominal 9 = andere		wenn Feld 25 IN (0;1;2;3;4;5;99) 28.1> P-Wellen-Amplitude QS_OPDF.DVHSOAMP5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mV 28.2> P-Wellen-Amplitude nicht gemessen QS_OPDF.DVHSOAMP5 <input type="checkbox"/> 1 = wegen Vorhofflimmerns 2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen		wenn Feld 29 IN (0;1;2;3;4;5;8;99) und wenn Feld 31 IN (1;2) 33.1>> R-Amplitude QS_OPDF.DVESOAMP5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mV 33.2>> R-Amplitude nicht gemessen QS_OPDF.DVESOAMP5 <input type="checkbox"/> 1 = separate Pace/Sense-Sonde 2 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen	
wenn Feld 22 IN (2;3;5) 24> explantiertes System QS_OPDF.DFE_KASYSN <input type="checkbox"/> 1 = VVI 2 = DDD 3 = VDD 4 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 5 = CRT-System ohne Vorhofsonde 6 = subkutaner ICD 9 = sonstiges		29-43.2 Ventrikel 29-33.2 Erste Ventrikelsonde/Defibrillationssonde 29 Art des Vorgehens QS_OPDF.DVESOVOR5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung des Pace/Sense-Anteils der Sonde 8 = Stilllegung des Defibrillationsanteils der Sonde 9 = Stilllegung der gesamten Sonde 99 = sonstiges		34-38.2 Zweite Ventrikelsonde 34 Art des Vorgehens QS_OPDF.DVESOVOR6 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges	
25-45 Sonden 25-28.2 Vorhof 25 Art des Vorgehens QS_OPDF.DVHSOVOR5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges		wenn Feld 29 IN (1;2;3;4;5;6;7;8;9;99) 30> Problem QS_OPDF.DF_VESOPR1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schlüssel 2		wenn Feld 34 IN (1;2;3;4;5;6;7;99) 35> Problem QS_OPDF.DF_VESOPR2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schlüssel 1	
wenn Feld 25 IN (1;2;3;4;5;6;7;99) 26> Problem QS_OPDF.DF_VHSOPRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schlüssel 1		wenn Feld 29 IN (0;1;2;3;4;5;7;8;9;99) 31> Position QS_OPDF.DVESO_POS5 <input type="checkbox"/> 1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 9 = andere		wenn Feld 34 IN (0;1;2;3;4;5;7;99) 36> Position QS_OPDF.DVESO_POS6 <input type="checkbox"/> 1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 3 = Koronarvene, anterior 4 = Koronarvene, lateral, posterolateral 5 = Koronarvene, posterior 6 = epimyokardial linksventrikulär 9 = andere	
wenn Feld 21 <> 3 und wenn Feld 25 IN (0;1;2;3;4;5;99) 27.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms QS_OPDF.DVHSOREIZ5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> v 27.2> Reizschwelle nicht gemessen QS_OPDF.DVHSOREIR5 <input type="checkbox"/> 1 = wegen Vorhofflimmerns 9 = aus anderen Gründen		wenn Feld 29 IN (0;1;2;3;4;5;8;99) 32.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms QS_OPDF.DVESOREIZ5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> v 32.2> Reizschwelle nicht gemessen QS_OPDF.DVESOREIJ5 <input type="checkbox"/> 1 = separate Pace/Sense-Sonde 9 = aus anderen Gründen		wenn Feld 34 IN (0;1;2;3;4;5;99) 37.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms QS_OPDF.DVESOREIZ6 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> v 37.2> Reizschwelle nicht gemessen QS_OPDF.DVESOREIJ6 <input type="checkbox"/> 1 = ja	

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

wenn Feld 34 IN (0;1;2;3;4;5;99) und wenn Feld 36 IN (1;2)		43.2>>	R-Amplitude nicht gemessen QS_OPDF.DVESAMP11 1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen	47.3>	interventionspflichtiger Hämatothorax QS_OPDF.DKHAEMOTH0 1 = ja
38.1>>	R-Amplitude QS_OPDF.DVESOAMP6 mV	44-45	Andere Defibrillationssonde(n)	47.4>	interventionspflichtiger Perikarderguss QS_OPDF.DKHERZBEUT 1 = ja
38.2>>	R-Amplitude nicht gemessen QS_OPDF.DVESOAMP6 1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen	44	Art des Vorgehens QS_OPDF.DF_ANDVOR 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges	47.5>	interventionspflichtiges Taschenhämatom QS_OPDF.DKTASCHHAE 1 = ja
39-43.2	Dritte Ventrikelsonde	wenn Feld 44 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)		47.6>	revisionsbedürftige Sondendislokation QS_OPDF.DKSONDELO 1 = ja
39	Art des Vorgehens QS_OPDF.DVESVOR11 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges	45>	Problem QS_OPDF.DF_ANDEIND 0 = Systemumstellung 1 = Dislokation 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt 3 = fehlerhafte Konnektion 4 = Infektion 5 = Myokardperforation 6 = ineffektive Defibrillation 7 = Rückruf/Sicherheitswarnung 8 = wachstumsbedingte Sondenrevision 9 = sonstige	47.7>	revisionsbedürftige Sondendysfunktion QS_OPDF.DKSONDYSF 1 = ja
wenn Feld 39 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)				47.8>	postoperative Wundinfektion nach den KISS Definitionen QS_OPDF.WUINF_CDC>0 oder QS_OPDF.DK_INFJN=J ->1 1 = ja
40>	Problem QS_OPDF.DF_VESOPR3 Schlüssel 1	46-49.5	Peri- bzw. postoperative Komplikationen	47.9>	sonstige interventionspflichtige Komplikation QS_OPDF.DK_SONST 1 = ja
wenn Feld 39 IN (0;1;2;3;4;5;7;99)		46	peri- bzw. postoperative Komplikation(en) QS_OPDF.INTRAKOMJN 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 47.6 <> LEER	
41>	Position QS_OPDF.DVESOPOS11 1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 3 = Koronarvene, anterior 4 = Koronarvene, lateral, posterolateral 5 = Koronarvene, posterior 6 = epimyokardial linksventrikulär 9 = andere	wenn Feld 46 = 1		48.1>>	Sondendislokation der Vorhofsonde QS_OPDF.DKVESODYL 1 = ja
42.1>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms QS_OPDF.DVESREIZ11 mV	47.1>	kardiopulmonale Reanimation QS_OPDF.DKREANIMAT 1 = ja	48.2>>	Sondendislokation der ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde QS_OPDF.DKVESODYL 1 = ja
42.2>	Reizschwelle nicht gemessen QS_OPDF.DVESREIJ11 1 = ja	47.2>	interventionspflichtiger Pneumothorax QS_OPDF.DKPNEUMOTH 1 = ja	48.3>>	Sondendislokation der zweiten Ventrikelsonde QS_OPDF.DKVESODYL 1 = ja
wenn Feld 39 IN (0;1;2;3;4;5;99) und wenn Feld 41 IN (1;2)					
43.1>>	R-Amplitude QS_OPDF.DVESAMP11 mV				

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

48.4>>	Sondendislokation der dritten Ventrikelsonde QS_OPDF.DKVESODYL <input type="checkbox"/> 1 = ja	52 Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.bfarm.de Entlassungsdiagnosen aus DGALL mit DGNTYP 30 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ... 30. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
48.5>>	Sondendislokation der anderen Defibrillationssonde(n) QS_OPDF.DKVHSODYL <input type="checkbox"/> 1 = ja	
wenn Feld 47.7 <> LEER		
49.1>>	Sondendysfunktion der Vorhofsonde QS_OPDF.DKVHSODYL <input type="checkbox"/> 1 = ja	
49.2>>	Sondendysfunktion der ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde QS_OPDF.DKVESODYL=3, 5, 6, 7 <input type="checkbox"/> 1 = ja	
49.3>>	Sondendysfunktion der zweiten Ventrikelsonde QS_OPDF.DKVESODYL=8 <input type="checkbox"/> 1 = ja	
49.4>>	Sondendysfunktion der dritten Ventrikelsonde QS_OPDF.DKVESODYL=1, 4, 5, 7 <input type="checkbox"/> 1 = ja	
49.5>>	Sondendysfunktion der anderen Defibrillationssonde(n) QS_OPDF.DKVESODYL=2, 4, 6, 7 <input type="checkbox"/> 1 = ja	
50-52	Entlassung	
50	Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ QS_BASE.ENT_DATKL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
51.1	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de QS_BASE.ENT_GR_KL <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schlüssel 3	
51.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund QS_BASE.NSPENTLG <input type="checkbox"/> 1 = ja	

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

Schlüssel 1

- 0 = Systemumstellung
- 1 = Dislokation
- 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt
- 3 = fehlerhafte Konnektion
- 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken
- 5 = Oversensing
- 6 = Undersensing
- 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg
- 8 = Infektion
- 9 = Myokardperforation
- 10 = Rückruf/Sicherheitswarnung
- 11 = wachstumsbedingte Sondenrevision
- 99 = sonstige

Schlüssel 2

- 0 = Systemumstellung
- 1 = Dislokation
- 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt
- 3 = fehlerhafte Konnektion
- 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken
- 5 = Oversensing
- 6 = Undersensing
- 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg
- 8 = Infektion
- 9 = Myokardperforation
- 10 = ineffektive Defibrillation
- 11 = Rückruf/Sicherheitswarnung
- 12 = wachstumsbedingte Sondenrevision
- 99 = sonstige

Schlüssel 3

Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege