

# Datensatz Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation

09/3 (Spezifikation 2023 V03)

BASIS		12 Geschlecht		wenn Feld 17 = 1	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden				18.1> Indikation zur Revision/Explantation der Vorhofsonde	
1-2	Art der Versicherung	QS_STAMM.GESCHLECHT <input type="checkbox"/> 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt		QS_OPSM.OP_ART_SO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 = Dislokation 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt 3 = fehlerhafte Konnektion 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken 5 = Oversensing 6 = Undersensing 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg 8 = Infektion 9 = Myokardperforation 10 = Rückruf/Sicherheitswarnung 11 = wachstumsbedingte Sondenrevision 99 = sonstige	
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <a href="http://www.arge-ik.de">http://www.arge-ik.de</a> [.....] QS_BASE.KASSEIKNR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	13 Aufnahme-medatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ QS_BASE.AUF_DATKL[.] <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		18.2> Indikation zur Revision/Explantation der rechtsventrikulären Sonde inklusive Indikation zum Eingriff am Leadless Pacemaker, bzw. an der HIS-Bündel-Sonde QS_OPSM.VESOEIND1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 = Dislokation 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt 3 = fehlerhafte Konnektion 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken 5 = Oversensing 6 = Undersensing 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg 8 = Infektion 9 = Myokardperforation 10 = Rückruf/Sicherheitswarnung 11 = wachstumsbedingte Sondenrevision 99 = sonstige	
2	besonderer Personenkreis § 301-Vereinbarung QS_BASE.VERS_BPERK <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	14 Anamnese/Klinik		18.3> Indikation zur Revision/Explantation der linksventrikulären Sonde QS_OPSM.VESOEIND2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 = Dislokation 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt 3 = fehlerhafte Konnektion 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken 5 = Oversensing 6 = Undersensing 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg 8 = Infektion 9 = Myokardperforation 10 = Rückruf/Sicherheitswarnung 11 = wachstumsbedingte Sondenrevision 99 = sonstige	
3-4	Patientenidentifizierende Daten	14 Einstufung nach ASA-Klassifikation QS_BASE.AUF_ASA <input type="checkbox"/> 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt			
3	eGK-Versichertennummer QS_BASE.VERS_NUM <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	15-18.3 Indikation zur Revision/Explantation			
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. QS_BASE.VERS_NUMNV <input type="checkbox"/> 1 = ja	15 Indikation zum Eingriff am Aggregat inklusive Indikation zum Eingriff am Leadless Pacemaker QS_OPSM.SM_OP_ART>1 und QS_OPSM.SM_OP_ART != 6 und QS_OPSM.SM_OP_ART != 7 <input type="checkbox"/> 0 = keine aggregatbezogene Indikation 1 = Batterieerschöpfung 3 = Fehlfunktion/Rückruf 4 = vorzeitiger Aggregataustausch anlässlich einer Revisionsoperation/eines Systemwechsels 9 = sonstige aggregatbezogene Indikation			
5-13	Basisdokumentation	16 Taschenproblem aus QS_BASE.SM_OP_ART <input type="checkbox"/> 0 = kein Taschenproblem 1 = Taschenhämatom wenn 9 2 = Aggregatperforation wenn 12 3 = Infektion wenn 10 9 = sonstiges Taschenproblem wenn 11			
5	Institutionskennzeichen BQS_INIT.M_IKNR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	17 Sondenproblem QS_BASM.SMS_PROB inklusive Indikation zum Eingriff am Leadless Pacemaker Wenn QS_OPSM.OP_ART_SO <input type="checkbox"/> oder QS_OPSM.VHSEOIND2 oder QS_OPSM.VESOEIND1 oder QS_OPSM.VESOEIND2 oder QS_BASM.SMS_PROB="J" 0 = nein 1 = ja			
6	entlassender Standort QS_BASE.QS_STANDOR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
7	behandelnder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode QS_OP.OPS_STANDO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
8	Betriebsstätten-Nummer BQS_INIT.M_BSNR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
9	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: <a href="http://www.dkgev.de">http://www.dkgev.de</a> BQS_INIT.M_09_FABT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
10	Identifikationsnummer des Patienten wird nicht verwendet beim Export <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
11	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ QS_STAMM.GEB_DATUM <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
19-21 Operation					
19 OP-Datum TT.MM.JJJJ QS_OP.OP_DATUM <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					

# Datensatz Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation

20 <b>letzte Schrittmacher-OP vor diesem Eingriff</b>  QS_OPSM.SM_LE_ORT <input type="checkbox"/>  1 = stationär 2 = stationärsetzend/ambulant	25 <b>Schrittmacher-Aggregat</b> <b>wenn Feld 23 IN (1;2;3;4;5;6;9)</b> 25>> <b>Art des Vorgehens</b> QS_OPSM.SMI_IMART <input type="checkbox"/>  0 = kein Eingriff am Aggregat 1 = Neuimplantation 2 = Neuplatzierung 9 = sonstiges	29-33.2 <b>Ventrikel</b> 29-31.2 <b>Rechter Ventrikel (bzw. HIS-Bündel)</b> <b>wenn Feld 23 IN (1;3;4;5;6;7;9) oder wenn Feld 24 = 1</b> 29>> <b>Art des Vorgehens</b> QS_OPSM.VESO_VOR5 <input type="checkbox"/>  0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation 2 = Neuplatzierung 4 = Reparatur 9 = sonstiges
21 <b>Operation</b> alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.bfarm.de  1. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. auslöse OPS 2. und 3. jeweils die ersten OPS aus QS_LEALL mit OPS_TYP 20 und <> Auslöser  6. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	26-33.2 <b>Schrittmachersonden</b> 26-28.2 <b>Vorhof</b> <b>wenn Feld 23 IN (2;3;4;5;9)</b> 26>> <b>Art des Vorgehens</b> QS_OPSM.VHSO_VOR5 <input type="checkbox"/>  0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation 2 = Neuplatzierung 4 = Reparatur 9 = sonstiges	30.1>> <b>Reizschwelle</b> intraoperativ, bei 0,5 ms QS_OPSM.VESO_REIZ5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> v  30.2>> <b>Reizschwelle nicht gemessen</b> Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms QS_OPSM.VESO_REIJ5 (siehe Ergänzungsdokumentation) <input type="checkbox"/> 1 = ja
22-33.2 <b>Postoperativ funktionell aktive Anteile des SM-Systems</b> 22-24 <b>Schrittmachersystem</b> 22 <b>postoperativ funktionell aktives SM-System vorhanden</b>  QS_OPSM.POAKT_SM 1 = ja	<b>wenn Feld 23 IN (2;3;4;5;9)</b> 27.1>> <b>Reizschwelle</b> intraoperativ, bei 0,5 ms QS_OPSM.VHSO_REIZ5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> v  27.2>> <b>Reizschwelle nicht gemessen</b> Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms QS_OPSM.VHSOREIZ5 <input type="checkbox"/>  1 = wegen Vorhofflimmerns 9 = aus anderen Gründen	31.1>> <b>R-Amplitude</b> intraoperativ QS_OPSM.VESORAMP5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mV  31.2>> <b>R-Amplitude nicht gemessen</b> R-Amplitude, intraoperativ QS_OPSM.VESO_RAMP5 <input type="checkbox"/>  1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen
<b>wenn Feld 22 = 1</b> 23> <b>aktives System (nach dem Eingriff)</b>  QS_OPSM.SMI_KASYS <input type="checkbox"/>  2 = AAI 3 = DDD 4 = VDD 5 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 6 = CRT-System ohne Vorhofsonde 7 = Leadless Pacemaker/intrakardialer Pulsgenerator (VVI) 9 = sonstiges	<b>wenn Feld 23 IN (2;3;4;5;9)</b> 28.1>> <b>P-Wellen-Amplitude</b> intraoperativ QS_OPSM.VHSO_PAMP5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mV  28.2>> <b>P-Wellen-Amplitude nicht gemessen</b> P-Wellen-Amplitude, intraoperativ QS_OPSM.VHSOPAMP5 <input type="checkbox"/>  1 = wegen Vorhofflimmerns 2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen	32-33.2 <b>Linker Ventrikel</b> <b>wenn Feld 23 IN (5;6;9)</b> 32>> <b>Art des Vorgehens</b> QS_OPSM.VESO_VOR6 <input type="checkbox"/>  0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation 2 = Neuplatzierung 4 = Reparatur 9 = sonstiges  33.1>> <b>Reizschwelle</b> intraoperativ, bei 0,5 ms QS_OPSM.VESO_REIZ6 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> v
<b>wenn Feld 22 = 1</b> 24> <b>Sonde am HIS-Bündel implantiert</b>  QS_OPSM.SOANHISB <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja		33.2>> <b>Reizschwelle nicht gemessen</b> Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms QS_OPSM.VESO_REIJ6 (siehe Ergänzungsdokumentation) <input type="checkbox"/> 1 = ja

# Datensatz Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation

34-37.2	<b>Peri- bzw. postoperative Komplikationen</b>	35.9>	interventionspflichtige Komplikation(en) an der Punktionsstelle QS_OPSM.SK INKOPST <input type="checkbox"/> 1 = ja	40 <b>Entlassungsdiagnose(n)</b> alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM <a href="http://www.bfam.de">http://www.bfam.de</a>  Die ersten Diagnosen aus QS_DGALL mit DGN_TYP 30  3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  ... 30. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
34	peri- bzw. postoperative Komplikation(en) QS_OPSM.INTRAKOMJN <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja	35.10>	sonstige interventionspflichtige Komplikation QS_OPSM.SK_SONST <input type="checkbox"/> 1 = ja	
<b>wenn Feld 34 = 1</b>		<b>wenn Feld 35.6 &lt;&gt; LEER</b>		
35.1>	kardiopulmonale Reanimation QS_OPSM.SKREANIMAT <input type="checkbox"/> 1 = ja	36.1>>	Sondendislokation im Vorhof Wenn QS_OPSM.VHSO_DYL=1 oder 3 <input type="checkbox"/> 1 = ja	
35.2>	interventionspflichtiger Pneumothorax QS_OPSM.SKPNUMOTH <input type="checkbox"/> 1 = ja	36.2>>	Sonden- bzw. Systemdislokation im Ventrikel QS_OPSM.VESO_DYL <input type="checkbox"/> 1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide	
35.3>	interventionspflichtiger Hämatothorax QS_OPSM.SKHAEMOTH <input type="checkbox"/> 1 = ja	<b>wenn Feld 35.7 &lt;&gt; LEER</b>		
35.4>	interventionspflichtiger Perikarderguss QS_OPSM.SKHERZBEUT <input type="checkbox"/> 1 = ja	37.1>>	Sondendysfunktion im Vorhof Wenn QS_OPSM.VHSO_DYS=1 oder 3 <input type="checkbox"/> 1 = ja	
35.5>	interventionspflichtiges Taschenhämatom QS_OPSM.SKTASCHHAE <input type="checkbox"/> 1 = ja	37.2>>	Sonden- bzw. Systemdysfunktion im Ventrikel QS_OPSM.VESO_DYS <input type="checkbox"/> 1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide	
35.6>	Sonden- bzw. Systemdislokation QS_OPSM.SOND_DYSL <input type="checkbox"/> 1 = ja	<b>38-40 Entlassung</b>		
35.7>	Sonden- bzw. Systemdysfunktion QS_OPSM.SOND_DYSF <input type="checkbox"/> 1 = ja	38	Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ QS_BASE.ENT_DATKL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
35.8>	postoperative Wundinfektion nach den KISS-Definitionen QS_OPSM.WUINF CDC > 0 <input type="checkbox"/> 1 = ja	39.1	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: <a href="http://www.dkgev.de">http://www.dkgev.de</a> QS_BASE.ENT_GR_KL <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schlüssel 1	
		39.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund QS_BASE.NSPENTLG <input type="checkbox"/> 1 = ja	

## Datensatz Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation

### Schlüssel 1

#### Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre  
Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen  
einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in  
der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet,  
nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet,  
nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den  
Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen,  
nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen  
nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel  
zwischen voll-, teilstationärer und  
stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im  
Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die  
Übergangspflege